1-10 No.lu Kalemler

	UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 1/1
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

1-10

Malzeme Kodu :	**JENS05914**	MIKRO VIDA, TITANYUM, KENDINDEN YIV ACAN, TUM BOYLAR (CAP 1,3 MM ± 0,1 MM) & OR5150	**SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*** **Bölüm İstem No** :43838
Şartname Kodu	50866	BEYIN VE SINIR CERRAHI AD.	**Düzenleme Tarihi** :03/05/2016

Şartname Metni :

KRANİAL MIKRO VE MESH PLAK VIDA SETI

1. Plaklar saf titanyumdan vidalar titanyum alaşımdan imal edilmiş ve polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Kırık ve çatlak kemiklerin onarılmasında kolaylık sağlamalıdır.
2. Plaklar ve vidalar titanyum biyo-uyumlu, korozyona dirençli ve toksik madde içermemelidir.
3. Kit içersinde vidaları koruma amaçlı vida koruyucu bulunmalıdır.
4. Vida çapları 1,5 mm ve boyları 2,2-3,2 mm arasında üretilmiş ve self drill olmalıdır. Self drill vida olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
5. Plaklar 0,6 mm kalınlığında olmalıdır.
6. Kemik dokusuna uyum sağlamalıdır. CT ve MR da kolaylıkla görüntülenebilmelidir. Sistem 1,6 ,1,5 system ve 0,55 mm 1mm, ve 1,5mm kalınlığında olmalıdır.
7. Kit muhteviyatında düz 4 delikli sitemsiz, 4 delikli 6, 8, 10mm sitemli plak, düz 6 delikli sitemsiz, 6 delikli 12 mm sitemli plak, düz sitemsiz 8 delikli plak, düz 16 delikli sitemsiz plak, düz 18 delikli sitemsiz plak, düz 30 delikli sitemsiz plak, sola açılı 6 mm sitemli L plak, sağa açılı 6 mm sitemli L plak, sola açılı 8 mm sitemli L plak, sağa açılı 8 mm sitemli L plak, sola açılı 10 mm L plak sağa açılı 10 mm L plak,6 delikli sitemsiz T plak, 5 delikli sitemsiz Y plak, 5 delikli 8 mm sitemli Y plak, 5 delikli 12 mm sitemli Y plak, sitemsiz 6 delikli double Y plak, 6 delikli 8 mm sitemli double Y plak, 6 delikli, 8 delikli, 10 delikli, orbital plak olmalıdır. Orbita taban plakları mevcut olmalıdır, iştirakci firma orbita taban plakları komisyona sunmalıdır.
8. Kit muhteviyatında beş delikli 12,5 mm, 18,5 mm, ve 22 mm.Borr hole plaklar shunt vakalarında gereken ventriküler katater girişi olmalı ve düz olarak iki çeşit olarak teslim edilmelidir. Ventriküler katater girişi olmayan borr hole plaklar kabul edilmeyecektir.
9. Kit muhteviyatında iki delikli düz short ve long olmak üzere iki çeşit neuro plak olmalıdır.
10. Kit muhteviyatında 2x2 delikli Quadro plak, 3x2 delikli lattice plak, 4x2 delikli lattice plak olmalıdır.
11. Kit muhteviyatında small, medium ve large olmak üzere neuro gap plak çeşitleri mevcut olmalıdır.
12. Kit muhteviyatında neuro temporale small ve large plak çeşitleri mevcut olmalıdır.
13. Titanyum mesh çeşit ve ebatları 120x75x0,3 mm, 120x75x0,6mm, 90x90 0,3 mm, 120x55x0,1mm, 120x120x0,1mm,120x120x0,2mm dinamik form verilebilir ve kemiğe sarılabilir özellikte olan çeşitleri de mevcut olmalıdır.
14. Kit muhteviyatında Quadro, Cross , Multi-Head ve Self Drıll vidalar mevcut olmalıdır. Vidalar 3,4,5,6,7,8,9,11,13,15 mm olmalıdır. Emergency vidalar 5ve 7 mm olmalıdır.
15. Set muhteviyatında vida yeri açma amaçlı 1,3x50mm ebatlarında 5 ve 8 mm stoplu drıller olmalıdır.
16. Titanyum Cross vida sürücü el tutanaklı kilitleme sistemli ve vida başı kavrama aparatlı üç parçadan oluşmalıdır. Quadro vida gönderme ucu kilitleme sistemine uyumlu olmalıdır. 11 cm boyunda plate cutter, 18,0 cm boyunda forceps holding mevcut olmalıdır.
17. Set 134 C de otoklavda Etilen Oksit gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
18. Sağlık Bakanlığın tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod (EAN 13 uyumlu) numarası birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
19. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.
20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"n de belirtilen bilgiler olacaktır.
21. Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan dolayı kurumun uğrayacağı tüm maddi manevi zarardan sorumludur.
22. Firma ihalelerde değerlendirilmek üzere yeterli miktarda numune getirecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BEYIN VE SINIR CERRAHI AD.	Prof. Dr. Hasan KOCAELİ U.Ü.T.F. Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. Dip. No: 4001 Diş. No: 0998
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA		

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.